2010 年 5 月 12 日(第 4 版)
2007 年 7 月 1 日 (第 3 版)
2006 年 12 月 1 日 (第 2 版)

タニケット カフ 取扱説明書

【使用方法】

1. **適正なサイズのカフを選択して下さい。**
   ゴム嚢が止血する部位の全周より長い、適正なサイズのカフを選択して下さい。

2. **折り目がつかないようにカフを端までしっかり伸ばして、カフを巻いて下さい。**
   ・術野を妨げないように、青色の接続チューブが中枢側（PROXIMAL）を向くようにします。
   ・ダブルカフを使用する場合は、赤色のゴム嚢が抹消側（DISTAL）になるようにします。
   ・擦傷等で皮膚の損傷を防止するために、必要に応じて下巻きを使用して下さい。
   カフの端と合わせて下巻きを敷き、マジックテープでしっかり締めます。

3. **カフを巻いたら紐を結び、カフが横滑りしないようにします。**

4. **タニケットの延長チューブとカフの接続チューブを接続します。**
   チューブが確実に接続されていることを確認して下さい。

5. **必要とする最低限の圧力でカフを膨らまします。**
   品質上は 600mmHg まで加圧しても問題ありませんが、上腕で 300mmHg、下肢で 400mmHg を超えない値で加圧することをお奨めします。

6. **患者さんに楽な治療を受けていただくために、推奨する圧力値を下表に示します。**

推奨タニケット圧（mmHg）＝患者の収縮期血圧値（mmHg） ＋ 推奨加算値（mmHg）

ｼﾝｸﾞﾙ/ﾀﾞﾌﾞﾙ	ｶﾀﾛｸﾞ番号	品　　名	適用周囲長（cm）	**推奨加算値**
シングル	20-54-700	ｼﾝｸﾞﾙｶﾌ　新生児用	－20	**120**
	20-54-710	ｼﾝｸﾞﾙｶﾌ　小児用	18－30	**150**
	20-54-711	ｼﾝｸﾞﾙｶﾌ　成人腕用	25－35	**150**
	20-54-712	ｼﾝｸﾞﾙｶﾌ　成人腕用（大）	32－46	**150**
	20-54-722	ｼﾝｸﾞﾙｶﾌ　成人下肢用	42－61	**200**
	20-54-727	ｼﾝｸﾞﾙｶﾌ　成人下肢用（大）	55－76	**200**
ダブル	20-50-700	ﾀﾞﾌﾞﾙｶﾌ　新生児用	－20	**120**
	20-50-710	ﾀﾞﾌﾞﾙｶﾌ　小児用	18－30	**150**
	20-50-711	ﾀﾞﾌﾞﾙｶﾌ　成人腕用	25－35	**150**
	20-50-712	ﾀﾞﾌﾞﾙｶﾌ　成人腕用（大）	32－46	**150**
	20-50-722	ﾀﾞﾌﾞﾙｶﾌ　成人下肢用	42－61	**200**
	20-50-727	ﾀﾞﾌﾞﾙｶﾌ　成人下肢用（大）	55－76	**200**

【注意】

カフを巻かずに加圧したり、600mmHg を超えて加圧することは決してしないで下さい。

CBC 株式会社
東京都中央区月島 2-15-13　　TEL：03-3536-4831

2010 年 5 月 12 日(第 4 版)
2007 年 7 月 1 日（第 3 版）
2006 年 12 月 1 日（第 2 版）

タニケット カフ 取扱説明書

【カフの清浄方法】

1. 洗浄

・シリコンゴム嚢内に水が浸入しないよう、接続チューブ先端のコネクタをシリコーンプラグ（22-60-000）で栓をします。
・カフ帯を中性洗剤で手揉み又はブラッシング洗いした後、ぬるま湯で十分にリンスをして、洗剤を取り除いて下さい。（必ず、中性洗剤を使用して下さい。）
・洗濯機を使用した洗浄は、決してしないで下さい。
・洗浄後は、吊るして十分に自然乾燥させて下さい。
（自然乾燥後に乾燥機を使用する場合は、回転式の乾燥機は決して使用しないで下さい。）

2. 消毒

・カフを洗浄した後、市販のアルコールを含有した消毒剤で、拭き取り消毒して下さい。

【注意】

洗浄後及び使用前に、カフが損傷を受けていないか、空気漏れがしていないかを確認して下さい。

CBC 株式会社
東京都中央区月島 2-15-13　　TEL：03-3536-4831